

TERMİK YIKAMA MAKİNALARI İÇİN
ALKALİ TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün makine ile aletlerin temizlenebilmesi için; alkali özellikte olup farklı su sertliği derecelerinde de tam etkili genel bir temizleyici olmalıdır.
2. Ürün makine ile aletlerin temizlenebilmesi için; alkali özellikte olup farklı su sertliği derecelerinde de etkisini gösteren kimyasallar içeren özellikte olmalı.
3. Ürün yıkama makinesinde kullanımında mükemmel gözle görülür bir temizlik yapmalı, köpürme oranı düşük olmalıdır.
4. Formülündeki köpüğü ve korozyonu engelleyici özel maddelerden dolayı rahatsız edici köpüklerin oluşması engellemeli ve makine parçalarını korozyona karşı korumalı.
5. Ürün 93°C de tek bir işlemde ışığa dayanıklı alet ve materyallerin temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu, 60°C de ısıya dayanıksız materyallerin koruyucu temizliğini sağlamalıdır.
6. Ürün 93°C ısılarla kadar kimyasal yapısı dayanıklı olmalı
7. Ürün 93°C ısıda makinede ve cerrahi aletler üzerinde temizliği ve termo kimyasal dezenfeksiyonu yapar özellikte olmalı.
8. Ürün yüksek ısılarda yıkanan cerrahi aletlerin çelik ve kaplama yapısını korur özellikte olmalı.
9. Nötralizan solüsyon ile aynı marka olmalıdır.
10. Ürün MIELE, BHT, TBT gibi yıkama makinaları firmalarından en az 2 tanesinde onaylı olmalıdır ve onay belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
11. Ürünün kullanım konsantrasyonu %1-% 5 Aralıklarında olmalı.
12. İhaleyi alan firma yukarıda adı geçen makine firmalarına ait yetkili personellerini getirerek, kurumda buluna cihazlara gerekli dozajlamaları ücretsiz yapacak ve bu durumu Taahhüt edecektir. İhale dosyasında bu Taahhüt bulunacaktır
13. Ürün pH değeri 11-13 arasında (1%)'de ve yoğunluğu 1,0±0,1 g/cm³ arasında olmalıdır.
14. Üretici firmaya ait ISO 13485 sertifikası olmalıdır.
15. Ürünün teklifini veren firma tarafından ilgili birim sorumlusuna kullanım demosu yapılarak ürün uygunluğu alınmalıdır.
16. Ürün gmp belgesine sahip olmalıdır.
17. Solüsyonlar en fazla 5 Litrelik PVC içermeyen, sızdırmaz, kilitli kapaklı ve darbelere dayanıklı kalın malzemedden (en az 350 gr) olmalıdır. Ürün ambalajı üzerinde, bidonu açmadan içindeki solüsyonu gösteren solüsyon seviye kanalı olmalıdır.
18. Ürüne ait etiket mevzuata uygun olmalı, yazılar bir kullanıcının çıplak gözle rahatlıkla okuyacağı büyüklükte olmalıdır. Etiket üzerinde uyarı/ikaz işaretleri bulunmalıdır.
19. Ürün ambalajı, hastanemizde bulunan yıkama makineleri haznesine uygun yatay tipte olmalıdır. Ürünlerle birlikte 1 adet kapağın rahat ve güvenli açılmasını sağlayan kapak açıcı verilmelidir.
20. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiş Ürün güvenlik bilgi Formları ihale dosyalarında sunulmalıdır.
21. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalı, ambalajı açılmış ürün stabilitesi 3 ay olmalı, son kullanım tarihine 3 ay kala firmaya bildirmesi kaydı ile 15 gün içinde bedelsiz değiştirme yeni seri ürün ile değiştirmelidir.

ASLI DU
ASLI OZMAN
Sorumlu Hemşire