

HASTA YATAK SABİTLEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Rev.01 03.2015

- 1) Kemerler hastanın veya yaşlı kişinin emniyetle sabitlenmesini sağlayacak, kendisine ve çevresine zarar vermesini önleyecek nitelikte ve modelde, sağlam, esnemeyen, dayanıklı bir yapıda olmalıdır.
- 2) Set kişinin hareketlerini sınırlayacak tüm ekipman ve aksesuarı kapsamalı ve hastayı güvenle sabitlemek üzere; 2 adet el kemeri, 2 adet ayak kemeri, 1 adet döner bel kemeri 1 adet omuz (gövde)sabitleme kemeri, 1 adet kasık (pelvis)kemeri, 1 adet çok amaçlı uzatma kemeri ve 1 adet bel uzatma kemeri olmak üzere toplam 9 parça kemerden müteşekkil olmalıdır.
- 3) El ve ayak kemerleri yaşlı kişilerin bileklerini tahriş etmeyecek yumuşaklıkta olmalı ve bunun için kemerlerin tene değen tarafının iç kısmında ekstra yumuşaklık sağlayan sünger dokulu kısım olmalıdır.
- 4) Yine hastayı yatağa sabitleyen Döner Bel Kemeri'nin hastanın komple beline dolanan kısmının iç tarafında da hastaya yumuşaklık ve konfor sağlayan ekstra sünger dokulu kısım olmalıdır.
- 5) Setin Gövde Sabitleme Kemeri'nin omuz kayışlarının gövdeyle tema eden iç kısmı da yumuşaklık vererek hastaya konfor sağlayan sünger dokulu olmalıdır..
- 6) Kemerlerin dış yüzey malzemesi hastada travma yapmayacak nitelikte yumuşak bir dokuya sahip kumaştan olmalıdır.
- 7) Hastaya uzun süre takılı kalabileceği ve temas edeceği için hastanın cildine zarar vermediğine dair iritasyon testi raporu olmalıdır.
- 8) Kemerlerin gereken modellerinin üzerinde birbirleri ile bağlantılı çalışmalarını sağlamak için birbirlerine bağlanabilecekleri yeterli sayıda bağlantı kayışı ve köprüleri olmalıdır.
- 9) Kemerlerin ana dokuları üzerine dikili bulunan bu bağlantı kayışları ve köprüleri dar dokuma mikrofiber polyester malzemeden olmalıdır.
- 10) Kemerlerin kilitlenebilmeleri için özel Manyetik Anahtar ile açılabilen Pimli Kilit sistemi olmalıdır.
- 11) Kilitlerin dış kısmı dayanıklı plastikten, metal pim kısmı ise paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 12) Özel manyetik anahtarın da dış kısmı dayanıklı plastikten imal edilmeli, üzerinde açma işlemini gerçekleştiren özel miknatisi olmalı ve kilit üzerine oturtulduğunda kilidi anında rahatlıkla açmalıdır..
- 13) Kemerle birlikte tüm set için toplam 16 adet pimli kilit ve 3 adet manyetik anahtardan ibaret bir kilit seti olmalıdır.
- 14) Kemerler set halinde özel çantası içinde olmalı çanta içinde anahtar ve kilitleri için özel cep bulunmalıdır.
- 15) Kemerler kan, sıvı ,atık vb. gibi maddeler bulaştığında 90 dereceye kadar sıcak suda yıkanabilir olmalıdır.
- 16) Gerektiğinde 134 derece otoklavda steril edilebilmeli ve deformasyona uğramamalıdır.
- 17) Kilitler sağlam olmalı ve kendiliğinden açılmamalı, 250 kg. kuvvete dayanıklı olmalıdır.
- 18) Kemer üreten firmanın ISO 13485 KYS Belgesi olmalı, ürün CE işareti taşınmalı ve TITUBB'ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Artuner DEVECİ
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Psikiyatri A.D.
Dip.No:6263 Tes.No:53301-61335