

%2.0 SODYUM HYALURONAT

1. Ürün Kohesive yapıda olmalıdır.
2. pH değeri 6.8 - 7.2 arasında olmalıdır.
3. Ürün,yüksek moleküler ağırlıklı sodyum hyaluronat içermelidir.
4. Moleküler ağırlığı 2.400,000 Dalton olmalıdır.
5. Ürün tek enjektör içerisinde %2.0 Sodium Hyaluronat içeriği olmalıdır. Sodium Hyaluronat miktarı daha fazla veya daha az olmamalıdır.
6. Viskozitesi 70,000 - 95,000 cps olmalıdır.
7. Osmolarite 304 - 330 mOsm olmalıdır.
8. Ürün, 100 % transparent olmalıdır.
9. Cerrahi girişim süresince net görüş sağlamalı ve kornea endotelini korumalıdır.
10. Cerrahi girişimlerde ön kamaraya kolayca enjekte edilmeli ve alınabilmelidir.
11. Kullanıldıktan sonra atılan, steril cam şırıngada 1.5ml hacminde üretilmiş olmalıdır. 25G veya 27G steril kanülle birlikte aynı kutu içerisinde sunulmalıdır ve ürün bilgileri, son kullanma tarihleri, lot numarası gibi ayırt edici bilgiler mutlaka kutu üzerinde yer almalıdır.
12. +2 ila +8 derece arasında saklanabilir olmalıdır.
13. Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
14. Tüm ön ve arka segment ameliyatlarında kullanılmalı ayrıca glokom cerrahi müdahalelerinin tüm aşamalarında kullanılabilir. Fakomülsifikasyon ve IOL implantasyonu sırasında IOL kaplama özelliğine sahip olmalıdır ayrıca cerrahi sırasında ön kamara derinliğini korumalıdır.
15. Ürün, ameliyat sonrasında kolaylıkla çıkarılabilmektedir.
16. Teklif verecek firmaların, test ve değerlendirme amaçlı kesinlikle numune vermeleri şarttır.
17. Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır.
18. İstekli TİTUBB da kayıtlı olmalıdır.
19. Ürün TİTUBB da Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ/Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID	TAŞINIR KODU
1	VİSKOELASTİK SOLÜSYON, KOHEZİV (OVD), SODYUM	500	adet	GZ1060	50516	150-03-03- 270012125
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161