

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



| S N . | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi | İsteğin yaklaşık kullanım süresi | İstek Nedeni | (Varsa) En Son Alım | | | | |
|-------------|---|---------|-------------|----------------------------------|--|------------------------|--------|--------------------------|----------|------------|
| | | | | | | MAL ID | Fiyatı | Tarih | SUT Kodu | SUT Fiyatı |
| 1 | KAROTİS STENT | 1 | ADET | 1 (bir) (ay) | EMİNE AKDENİZ isimli hastada kullanılmak üzere | | | / / 201..... | KRI161 | |
| 2 | EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM GEÇİCİ FİLTRE | 1 | ADET | (ay) | EMİNE AKDENİZ isimli hastada kullanılmak üzere | | | / / 201..... | KIC2013 | |
| | | | | (ay) | | | | / / 201..... | | |

DOÇ. DR. FERHAT ÖZYURTLU

**STENT, VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK / NİTİNOL /
DİSTAL İNCELEN MONORAIL**

(GR1136-KR1161-KV1168)

1. Stent karotis arterlerin tedavisinde kullanılabilenlidir.
2. Stent nitinol tüpten lazer kesim olmalıdır.
3. Stent açık hücreli dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Stentin hücreler arası köprü bağlantıları sıra halinde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Stent düz ve konik olarak iki farklı şekilde temin edilebilmelidir.
6. Stentin her iki ucunda markerlar olmalı ve bunlar stente perçinlenmiş olmalıdır.
7. Stent markerları görünürlüğü arttıracak şekilde tantalumdan yapılmış olmalıdır.
8. Konik stentlerin dar ucunda 6, geniş ucunda 3 adet marker olmalıdır.
9. Konik stentlerde ayrıca kateter üzerinde de bir marker bulunmalı ve stentin konik olarak genişleme bölgesini işaret etmelidir.
10. Stent açılırken zıplamasını engelleyen ex.p.r.t. sistemiyle katetere sabitlenmiş olmalıdır.
11. Stent açılırken boyu kısalmamalıdır.
12. Stenti taşıyan kateter boyu 135 cm olmalıdır.
13. Stenti taşıyan kateter monorail olmalı ve 0.014" guidewire ile çalışmalıdır.
14. Düz stent çapları 6, 7, 8, 9 ve 10 mm olmalıdır.
15. Düz stent boyları 20, 30, 40 ve 60 mm olmalıdır.
16. Konik stent çapları 6/8 ve 7/10 mm olmalıdır.
17. Konik stent boyları 30 ve 40 mm olmalıdır.
18. Stentin tüm sızeleri 6 Fr introducer uyumlu olmalıdır.
19. Stentin tüm sızelerinin geçiş profili 0.078" olmalıdır.
20. Stent kateterinin uç kısmı damara zarar vermeyecek şekilde atravmatik olmalıdır.
21. Stentler tekli steril ambalajlarında olmalı ve üzerlerinde son kullanım tarihleri olmalıdır.

Doc. Dr. Felat Özyeşil
A

EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ / MONORAIL

(GR1188-KR2013-KV1203)

- Emboli koruma filtresi, koroner, karotls, renal, safen ven greft, diz altı, yüzeysel femoral damarlarda çıkan debrisi yakalamak amacıyla özel olarak üretilmiş olmalıdır.
- Emboli koruma filtresi yukarıdaki damarlarda uygulama onayına sahip olmalıdır.
- Filtre, nitinol malzemedен imal, örgülü (mesh) yapıya sahip olmalıdır.
- Filtrenin floroskopi altında görünürlüğünü sağlamak amacıyla distalinde 1 adet, proksimalinde 1 adet ve filtre ağzı üzerinde filtre ağzını çevreleyen markerları bulunmalıdır.
- Filtre, gönderim telinden bağımsız ileri geri ve rotasyonel harekete 2 cm ye kadar müsaade eden esnek lazer spiral kesim sisteme sahip olmalıdır.
- Filtre, 0.014" inch ve 0.018" inch, kullanıcının seçebileceği herhangi bir kilavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
- Filtre gönderim teli 320 cm uzunluğunda olmalı, isteğe bağlı olarak esnek noktasından kırılma opsiyonuyla monorail kullanım için 190 cm kılma seçeneğine sahip olmalıdır.
- Filtrenin distal uç kısmında lezyondan geçişi kolaylaştırmak amacıyla 1.2 cm uzunluğunda esnek sarmal tel bulunmalıdır.
- Filtre, 6f kilavuz kateter, 5f sheath uyumlu olmalı 3.2f (french) geçiş profiline sahip olmalıdır.
- Filtre, filtre açıklığını korumak amacıyla heparin kaplı olmalıdır.
- Filtre, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm çap seçeneklerine sahip olmalıdır.
- Filtrenin geri çekme kateteri pratik olması için uygulama kateterinin öbür ucu olmalıdır.
- Filtrenin geri çekme kateteri 4.2f (french) geçiş profiline sahip olmalı, işlevsel uzunluğu 140 cm olmalıdır.
- Filtre steril ambalajında, üzerinde son kullanma tarihi ve steril şekli belirtilmiş olmalıdır.

Doc. Dr. Feleket Özyurtlu
