


## TUR UÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan Aygün marka SCOREN model yüksek devirli cerrahi motor sistemi piyasemenlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Elceğe rahat takılabilmeli, problemsiz işlem yapabilmelidir.
- 3.Paslanmaz çelik Rosen, High speed Tungsten ve diamond materyallerden imal edilmiş olmalı ve bu özelliklerde seçilebilmelidir.
4. Tur uçları çok kullanımlık olmalı ve non steril şekilde teslim edilmelidir.
5. UBB/ÜTS kayıtları olmalıdır.

6. Ref kod:	Cinsi:	Boyut:	Adet:
M14-470	Elmas Uç	1.0 mm	5

  
S.B.U. Hastanesi  
Prof. Dr. C. Mehmet TEMİZ  
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.  
Dip. No 9103  
Tesc. No 41901-62329