


**MOLEKÜLER TÜBERKÜLOZ DIŐI MİKOBAKTERİLERİN TÜR TANIMLAMASI VE
MOLEKÜLER DİRENÇ TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**


1. Bu teknik şartname 11 maddeden oluşmaktadır.
2. Bu teknik şartname ile aşağıda adı ve miktarı yazılı testin alımı istenmektedir.

1	Sık rastlanan Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin moleküler tür tanımlaması
2	Tüberküloz Dışı Mikobakterilerde moleküler ilaç direnç testi

3. Kit, nükleik asit amplifikasyonu ve ardından ters hibridizasyon yöntemi (LiPA) ile mikobakteri türlerinin tanımlamasını ve moleküler ilaç direnç testini yapmalıdır.
4. Mikobakteriyal tür tanısı, kültürde üremiş bakteriden aynı anda tek bir test ile yapılabilmelidir.
5. Kit ile birlikte kit ile uyumlu DNA izolasyon kiti, gerekli her türlü sarf malzemesi ve ekipman teklif veren firma tarafından sağlanacaktır.
6. Çalışma içerisinde testin güvenilirliğini sağlamak ve kontrol kaybını önlemek amacı ile her kit için internal kontroller ve etkene spesifik pozitif kontroller bulunmalıdır.
7. Kitlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır. Teklif veren firma miadı yaklaşan kitleri değiştirmeyi taahhüt edecektir.
8. Kit ile birlikte orijinal katalogları verilecektir.
9. Teklif edilecek kitler üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalı, etiketin üzerinde menşei, son kullanma tarihi, lot numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
10. Testin çalışılması için gerekli olan malzemelerin bakımı, test kitlerinin saklanması ve testin çalışılması için gerekli koşullar satıcı firmaya ait olmalıdır.



Prof. Dr. Süheyla Sürücüođlu
Tüberküloz Lab. Birim sorumlusu



Prof. Dr. Nuri ÖZKÜTÜK