

Vitrektomi Seti (alcon uyumlu)

1. Hastanemizde bulunan Alcon marka Vitrektomi cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Bu pak ile hem ön hemde arka segment cerrahisi kaset değiştirilmeden yapılabilmelidir.
3. Pak; direct venturi sisteme uygun, venturi odacığına sahip ve aynı zamanda peristaltik drenaj pompasına da uygun kaset içermelidir.
4. Bu kaset, drenaj sensörü tarafından algılanıp, istenildiği gibi çalışması için, şeffaf ve dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Pak; 7500 kesi/dakika pnömantik radial kesi yapabilen vitrektomi probunu bünyesinde bulundurmalıdır.pak; fiberoptik illuminatör, 4 mm'lik infüzyon kanülü, 3 adet 23 gauge m.v.r. bıçak (valfli trokar seti kullanıma hazır halde), serum seti ve infüzyon hattı tubing seti, şeffaf naylon dan imal edilmiş cihaz ön panel örtüsü, otomatik üç yollu musluk, 20 cc.'lik enjektör ve yukarıda bahsedilen kasete uygun atık torbası içermelidir.
6. Pak; irrigasyon ve aspirasyon tubing bağlantıları içermelidir.
7. İrrigasyon ve aspirasyon hattı konnektörleri cihazın us hp uygun olarak yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. İrrigasyon ve aspirasyon hatları farklı renklerde olmalıdır.
9. Pak içindeki atık torbası, mikrobiyolojik ve diğer laboratuvar testleri için enjektör ile örnek almaya yarayan silikon bir sisteme sahip olmalıdır.
10. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
11. Pak üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
12. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
13. Pak'in nereden güvenle açılacağını gösteren bir işaret bulunmalıdır
14. Pak cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
15. UBB ve ÜTS Kaydı Olmalıdır
16. Paketin içinde olan ürünler:

	Malzemenin Adı	SUT KODU	
1	Vitreoretinal Cerrahi Cihazlarına Uygun Çapta Kaset Ve Tüp Setleri 23g	GZ1086	1 Adet
2	İnfüzyon Kanülleri 23g		1 Adet
3	Pnömantik Vitrektomi Probları 23g		1 Adet
4	Endoilluminasyon Probları 23g		1 Adet
5	Vitreoretinal Trokar Sistemi 23g		3 Adet

REASUBLE KASET (oertly uyumlu)

1. Kaset sistemi OERTLİ marka FAROS model cihazına bire bir uygun olmalıdır.
2. Kaset sistemi 121 derece de AUTOCLAV ile steril edilebilir olmalıdır.
3. İrrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır.
4. Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.
5. İrrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konnektörleri yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır
6. Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.

FULL VİTREKTOMİ SETİ 23G (Oertly uyumlu)

- 1.OERTLİ marka FAROS model cihazına bire bir uygun olmalıdır
- 2.İrrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır
- 3.Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.
- 4.İrrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konnektörleri yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır
- 5.Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.
- 6.Tüm set tek bir steril blister paket içinde olmalıdır
7. Paket üstünde steril metodu, üretim tarihi son kullanma tarihi lot no ve üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır

Paket içeriği

- 1 adet kaset sistemi
- 1 adet sıvı atık torbası
- 1 adet kan seti
- 1 adet uzaktan kumanda örtüsü
- 1 adet 23g cf vitrektomi probu
- 1 adet 23g panoramik ışık probu
- 1 adet 23g trocar set şeklinde olmalıdır