

Taşınabilir Renk Ölçüm Cihazı

1. Renk eşitsizlik formülü ΔE^*ab ; ΔL^*ab ; ΔE^*C^*H ; $\Delta ECIE94$; $\Delta EHunter$ olmalıdır.
2. Işık kaynağı D65, D50, A olmalıdır.
3. Işık kaynağı LED olmalıdır.
4. Ağırlık 500 g olmalıdır.
5. Boyutları 205 x 70 x 100 mm olmalıdır.
6. Tekrar şarj edilebilmeli ve güç kaynağı Lityum-İon Akü 3200 mAh'de 3,7 V olmalıdır.
7. Diyafram $\Phi 4mm$ ve $\Phi 8mm$ olmalıdır.
8. Her 100 adet standart 10000 adet numune depolayabilmelidir.
9. Lamba ömrü 5 Sene, 1,6 milyon'dan fazla ölçümlere yetebilmelidir.
10. Çalışma sıcaklıkları $-10 \dots +40 \text{ }^\circ\text{C}$ olmalıdır.
11. Standart-beyaz-Plaka ile ortalama 30 ölçüm kullanılabilmelidir.
12. Pil ölçüm 3000 ölçüm kapasiteli olmalıdır.
13. Ürün aplikasyoncu ile birlikte teslim edilmelidir.
14. 5 yıl parça bakım ve tamirat garantisi verilmelidir.
15. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
16. Ürün elden teslim edilmelidir.

BK