

1. DMSA	100 vial
2. MDP	40 vial
3. MIBI (multi doz)	150 vial
4. MAG-3	50 vial
5. Sentinal nod görüntülenmesi için nanokolloid kiti	30 vial
6. DTPA	40 vial
7. MAA	20 vial
8. PYP (Pirofosfat)	20 vial

İNVİVO TANI KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) 1 ile 8 arasındaki invivo kitler Tc-99m ile bağlanarak kullanılacaktır. Kitler ajirojen, steril, nontoksik liyofilize olacaktır. Tc-99m ile bağlanan kitler ilgili klinik yetkilisinin belirleyeceği gün ve saatte teslim edilecek ve teslim tarihinde en az 6 ay miyadlı olacaktır. Tüm kitlerdeki bir şişe içindeki aktif madde miktarı miligram cinsinden teklifteki fiyatın yanına parantez açılarak belirtilecektir. DMSA (1 No'lu invivo tanı kiti), MIBI (3 No'lu invivo tanı kiti), DTPA (6 No'lu invivo tanı kiti), **kitlerin etken madde miktarı en yüksek olanı alınacaktır.** Sentinal nod görüntülenmesi için nanokolloid (5 No'lu invivo tanı) kitlerinde hazırlama aşamasında kaynatma gerektirmeyen kitler teklif edilmelidir.

Prof Dr E GUL GÜMÜŞER
CBUTF NUKLER TIP AD
Dip No 198973
Tescil No 50763