

DISPOSABLE STERİL ANJİYOGRAFİ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Set içerisinde
1 adet 150 X 100 adet masa örtüsü
1 adet 150 X 300 anjiyografi örtüsü
2 adet standart cerrahi örtük
1 adet fleroskop kılıfı ve/veya 1 adet anjiyografi ekopı nyak kılıfı
2 adet kempres
5 adet onlu spanç paketi
1 adet perine örtüsü
2 adet soğuk su kabı bulunmalıdır.
1 adet ucunda sünger (Polividon lyol sürmek için) plastik veya tahta olmalı
- 2- Anjiyografi örtü setinde kullanılan malzeme su geçirmez olmalı, saydam yada yarı saydam olmamalıdır
- 3- Set steril olmalıdır
- 4- Farklı kombinasyonlar için farklı fiyatlar verilebilir
- 5- Bir adet numune ve katalog /broşür kontrol amaçlı verilmelidir.

Prof. Dr. Özgür BAYTURAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635 / 94256

Özlem Efeoğlu YILDIRIM
Sorumlu Hemşire