

LASTİKLİ DİSPOSABLE MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske antialerjik Non-woven kumaştan üretilmiş olmalıdır.
2. Maske beyaz renkli olmalıdır.
3. Maske filtreli ve iki katlı olmalıdır.
4. Hava geçiren ve ultrasonik dikişli olmalıdır.
5. Hijyenik ortamda üretilmiş olmalıdır.
6. Maske Fiberglass ve lateks içermemelidir.
7. Maskede en az 3 adet pile bulunmalıdır.
8. Maske yanlarından kolaylıkla kulak arkasına geçirilebilecek şekilde lastikli olmalıdır.
9. Maskenin lastikleri kopmaya dayanıklı ve kopmayı engelleyici şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
10. Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekillendirile bilinen ince tel olmalıdır.
11. Maskenin kullanıcıya rahatsızlık verecek bir kokusu olmamalıdır.
12. Orijinal kutularda,100 adetlik ambalajlarda bulunmalıdır. Rahat kullanım için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olmalı, son kullanma tarihi üretim tarihinde itibaren 5 (beş) yıl olmalıdır.
14. Teklif veren firma denemek üzere 2 (iki) kutu numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
15. Numuneler değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. 1 (bir) kutu şahit numune olarak değerlendirilecektir.
18. Ürünün mutlaka UBB kaydı olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

