ÇEKMECELİ PANSUMAN ARABASI

TEKNİK ŞARTNAME

1. Arabanın gövdesi, rafları, çekmecesi, taşıyıcı profilleri ve itme kolu dahil tüm metal aksamı, korozyona ve dezenfektanlara dayanıklı AISI 304 kalite (18/8 Cr-Ni) paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Malzemelerin taşıma esnasında kayıp düşmesini önlemek amacıyla üst tablanın üç (3) kenarı en az 30-40 mm yüksekliğinde paslanmaz çelik sac bariyer ile çevrili olmalı, ön kenarı ise kullanıma engel olmayacak şekilde düz (bariyersiz) bırakılmalıdır.
3. Arabanın alt kısmında, steril bohça ve büyük hacimli malzemelerin konulabilmesi için üst tabla ile aynı kalitede paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş, taşıma kapasitesi yüksek düz bir alt raf bulunmalıdır
4. Üst tablanın hemen altında, küçük tıbbi alet ve sarf malzemelerinin muhafazası için 1 (bir) adet paslanmaz çelik çekmece yer almalıdır.
5. Çekmece, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayan teleskopik ray sistemi üzerinde hareket etmeli ve tam açılımda raydan çıkmasını engelleyen stoper mekanizmasına sahip olmalıdır.
6. Çekmece ön yüzeyinde ergonomik, gömme tip paslanmaz çelik kulp veya tutma yuvası bulunmalıdır.
7. Arabanın taşıyıcı ayakları en az 25x25 mm kutu profilden veya Ø25 mm çapında paslanmaz çelik borudan imal edilmiş olmalıdır.
8. Arabanın dar kenarlarından birinde, yönlendirmeyi kolaylaştıran paslanmaz çelik borudan mamul ergonomik bir itme kolu bulunmalıdır
9. Araba altında 360 derece kendi ekseni etrafında dönebilen, iz bırakmayan poliüretan veya kauçuk kaplı 4 (dört) adet sarhoş tekerlek bulunmalıdır.
10. Tekerlek çapları en az Ø75 mm veya Ø100 mm olmalı, tekerleklerden en az 2 (iki) tanesi çapraz konumlandırılmış fren (kilit) sistemine sahip olmalıdır
11. Tüm kaynak noktaları argon (TIG) kaynağı ile kaynatılmış olmalı; kaynak yerleri çapak, pürüz ve keskin kenar kalmayacak şekilde polisajlanarak satine/parlak yüzey haline getirilmelidir
12. Ürün ölçüleri 500mm*750 mm*900(+-50)olmalıdır.
13. Üretici firma, TS EN ISO 9001 ve tıbbi cihaz/ekipman üretimine yönelik TS EN ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır

Serap ERŞIK
SORUMLU HEMŞİRE