PORT KÜVET

1. Küvet, ergonomik yapıda tasarlanmış, ameliyathane, anjiyo, yoğun bakım ve tüm servislerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Yaralanmalara neden olacak ve kullanıcıya zarar verecek keskin köşe ve kenar olmamalıdır.
3. Küvetin tasarımı düşmesini engelleyecek yapıda ve tamamen 304 Kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Hareketli atık küveti 2 adet küvet taşımalı ve her bir küvetin çapı 26 olmalıdır
5. Küvetlerin temizliğini sağlayabilmek için yerinden kolayca çıkarılabilmelidir.
6. Hareketli atık küvetinin üretiminde TIG kaynak yöntemi kullanılmış olmalı, çubuk ve profil birleşme noktalarında kesinlikle bakteri üremesine sebep olacak gözenek ve kaynak boşlukları olmamalıdır.
7. Küvette, 4 adet çiftli en az 50 mm çapında sarhoş tekerlekler olmalıdır.
8. Hareketli atık küvetinin transferi sırasında hastane ortamında sessiz kullanmaya uygun olması amacıyla tekerlerin zemine temas eden yüzeyi kauçuk esaslı olmalıdır.
9. Üretici firmanın ISO 9001, ISO 13485 ve ISO 14001 Kalite belgeleri, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi belgesi olmalıdır.

Serap ERSİK
SORUMLU REMSİC