TEKLİ BASAMAK - ESKABO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM ve GENEL HÜKÜMLER

• 1.1. Bu şartname, hastane ortamlarında (ameliyathane, müdahale odaları, MSÜ vb.) kullanılmak üzere satın alınacak olan Tekli Basamak (Eskabo) ürününün teknik özelliklerini, malzeme kalitesini, belgelendirme standartlarını ve teslimat esaslarını kapsar.

• 1.2. Teklif edilen ürün, medikal alanlarda kullanıma uygun, ergonomik, temizliği ve dezenfeksiyonu kolay, pürüzsüz yüzeyli yapıda olmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER ve BOYUTLAR

• 2.1. Malzeme Kalitesi ve Kalınlığı: Ürünün gövdesi, basamak yüzeyi ve ayakları paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılan paslanmaz çelik malzemenin et kalınlığı en az 1.2 mm olmalıdır.

• 2.2. Basamak Yapısı: Ürün 1 (tek) basamaklı olmalıdır. Kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla basamak üst yüzeyi kaymayı önleyici nitelikte tasarlanmalıdır.

• 2.3. Genel Boyutlar: Eskabo dış ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

• Genişlik: En az 600 mm olmalıdır.

• Derinlik: En az 300 mm olmalıdır.

• Yükseklik: En az 100 mm, 190 mm ve 300 mm olmalıdır.

• 2.4. Ayak Yapısı: Ürünün ayakları sağlamlık ve dayanıklılık sunması adına en az 30x30x1.2 mm paslanmaz kutu profil malzemeden üretilmiş olmalıdır. Ayakların taban kısımlarında zemini çizmeyen ve kaymayı önleyen uygun pabuçlar/rotiller yer almalıdır.

3. GARANTİ VE KABUL ESASLARI

• 3.1. Teklif edilen ürün fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalı, garanti bitiminden itibaren en az 10 (on) yıl süreyle ücreti mukabili yedek parça sağlamayı taahhüt etmelidir.

• 3.2. Ürünün tüm kaynak, birleşim ve kesim yerleri pürüzsüz, çapaksız ve kullanıcı ya da hastaya zarar vermeyecek şekilde taşlanmış/parlatılmış olmalıdır.

4. KALİTE, BELGELENDİRME VE İDARİ ŞARTLAR

• 4.1. Üretici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı, teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.2. Üretici firma ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı, teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.3. Üretici firma TSE ve/veya Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olmalı, teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.4. Üretici firma ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı, teklifle birlikte sunulmalıdır.



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

• 4.5. Üretici firma ISO 3834-2:2006 Kaynaklı İmalata Uygunluk Belgesine sahip olmalı, teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.6. Üretici firma ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı, teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.7. Üretici firma ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı, teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.8. Üretici ve Satıcı firma ÜTS/UBB sistemine kayıtlı olmalı, kayıt belgesi teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.9. Üretici ve/veya Satıcı firmanın Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalı ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.10. Üretici ve/veya Satıcı firmanın ürün teslimatını yapmaya gelecek olan personelinin Satış Tanıtım Elemanı ve Klinik Destek Elemanı belgesi olmalı, teklifle birlikte sunulmalıdır.

• 4.11. Bu şartnamede istenen tıbbi ve teknik özelliklerden herhangi birine uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Serap ERSIK
SORUMLU HEMŞİRE

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.