VALFLI INFUZYON KATETERI – GR1041

1) KATETER DAMAR ICINE UZUN SURELI ILAC ENJEKSIYONU ICIN KULLANILACAKTIR.
2) KATETERIN DISTALINDE OZEL GELISTIRILMIS BIR VALF OLMALI BU SAYEDE ICINDE KILAVUZ TEL BIRAKMA ZORUNLULUGU OLMADAN UZUN SURELI ILAC ENJEKSIYONU YAPILABILECEKTIR.
3) KATETER BU OZELLIGIYLE HEM HASTA KONFORUNU ARTTIRABILECEK HEM DE KONTROLSUZ TEL KAYMALARI SONUCU OLUSACAK KOMPLIKASYONLARI ENGELLEYECEKTIR.
4) KATETERIN IC CAPI GENIS OLMALI BOYLECE ICINDE KILAVUZ TEL MEVCUT IKEN BILE ENJEKSIYON YAPILABILMELECEKTIR.
5) KATETERIN DISTALINDE, VERILEN ILACIN CIKISINI SAGLAYAN YAN DELIKLER OLUP, BUNLAR KATETER OLCULERINE GORE, 5, 10, 20, 30, 40 VE 50 CM BOYUNCA YERLESTIRILMISTIR.
6) KATETERIN INFUZYON CIKISLARININ DISTALINDE VE PROKSIMALINDE RADYOPAK MARKERLAR OLUP , BOYLECE INFUZYON BOLGESI X ISINI ALTINDA RAHATLIKLA GORULEBILECEKTIR . HEDEF BOLGEYE YERLESIMI KOLAYLASTIRILACAKTIR.
7) KATETER ORGULU YAPIDA TASARLANMIS OLUP BOYLECE HEM FLEKSIBILITE HEM DE ITILEBILIRLIGI SAGLANACAKTIR.
8) KATETERIN INFUZYON DELIKLERINDEN HEM DAMLAMA HEM DE YUKSEK HIZDA ENJEKSIYON YAPILABILECEKTIR.
9) KATETER 4F VE 5F OLACAK SEKILDE FARKLI CAP SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.
10) KATETER 40, 65, 100 VE 135 CM OLACAK SEKILDE FARKLI BOY SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.
11) KATETER 4F ICIN 0.035" 5F ICIN 0.038" MAKSIMUM KILAVUZ TEL ILE UYUMLUDUR.
12) KATETER STERIL TEKLI ORJINAL AMBALAJINDADIR.
13) KATETER AMABALAJI UZERINDE SON KULLANMA TARIHI VE STERILIZASYON SEKLI BELIRTILMISTIR.

C.B.Ü. Girisimsel Radyoloji
Ögretim Üyesi
Dr. Çağdas Rıza ACAR
Uzm. Tes. No: 161918