16 MM ROTATABLE HEMOKLİPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Tekli steril paketlenmiş olmalıdır.
3. Ürün katater boyu 230 cm ve katater kalınlığı 7Fr olmalıdır.
4. Katater teflon kaplı olmaldır.
5. Klips ağızları titanium metaryalden yapılmış olmalıdır.
6. Klips ağız açıklığı 16 mm ve klips açıları 135 derece olmalıdır.
7. Klipsler handle ile kontrol edilerek handle ın çevrildiği yönde bire bir tork ile dönebilmelidir.
8. Klipsler istenilen pozisyon verilene kadar istenildiği kadar açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.
9. Ürünler titubb sisteminde kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
10. Teslimat tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
11. Ürünlerde numune görmek zorunludur.

Doç. Dr. Elif Tuğba Tuncel
İç Hastalıkları Ve Gastroenterolojii Uzmanı
Diploma Tescil No: 136282
Uzmanlık Tescil No:102641