


TIBBİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI
2023 YILI TIBBİ MALZEME İSTEK LİSTESİ


SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
1	Gaitada Gizli Kan Test Kiti	5000	Test


Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Din Tes.No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65222


Prof. Dr. Mahir Çimen

Gaitada Gizli Kan Test Kiti Teknik Şartnamesi


- 1) Test immünokimyasal yöntemle gaitada insan hemoglobini tayin etmelidir.
- 2) Numune verme işlemi öncesinde hastaya diyet yaptırma gereği duyulmamalıdır.
- 3) Testin kalitatif pozitif sonuç değeri 50 ng/ml olmalıdır.
- 4) Analiz için kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
- 5) Testler üretici firmanın ambalajında ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 6) Test prosedürü santrifüj gerektirmemeli ve sonuçlar en geç on dakika içerisinde alınabilmelidir.
- 7) Seyreltici reaktif gaita toplama tüpleri içerisinde hazır bulunmalıdır.
- 8) Kit reaktifleri ve kit + 2-30°C aralığında saklanabilmelidir.
- 9) Her solüsyonun içerisine ekstrakte edilen numune en az 3 gün oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
- 10) Test kasetinde sonuçlar tek çizgi, çift çizgi olarak yorumlanabilmelidir.
- 11) Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.


Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Diy. Tes. No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65384


Prof. Dr. İbrahim Cüneyt BALCI

TIBBİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI
2023 YILI TIBBİ MALZEME İSTEK LİSTESİ


SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
1	Trikrom Boyası (500 ml)	1	Adet
2	Mercury (II) Chloride (100 Gr)	1	Adet
3	Fenol Kristali (1 Litre)	1	Adet


Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tic. Sic. No: 60173 Üzmanlık Tes. No: 65384


Prof. Dr. İbrahim Canevt BALÇIOĞLU

Trikrom Boyası (500 ml) Teknik Şartnamesi


- 1) Solüsyon içeriği:
 - Chromotrope 2R (%0.6)
 - Fast green FCF (certified) (%0.12)
 - Phosphotungstic acid (%0.8)
 - Acetic acid (%1.0) olmalıdır.
- 2) İlgili boya; çekirdeği lacivert/siyaha ve sitoplazmayı kırmızıya boyamalıdır.
- 3) 500 ml'lik orjinal ambalajlı olmalıdır.
- 4) Sigma HT10316 kodlu ürün ile eşdeğer özelliklerde olmalıdır.
- 5) Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.


Prof. Dr. Sinan AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tic. Sic. No: 50173 İşletme Sic. No: 65224


Prof. Dr. İbrahim Çelebi BALCIÖZÜ

Mercury (II) Chloride Teknik Şartnamesi


- 1) Formülü $HgCl_2$ olmalıdır.
- 2) 100 gr kapalı şişede olmalıdır.
- 3) Ürün Sigma 215465 kodlu ürün ile eşdeğer özelliklerde olmalıdır.
- 4) Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.



Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tesc. No: 60173 Uzmanlık Tesc. No: 65234


Prof. Dr. Mehmet Bızcıoğlu

Fenol Kristali (Sıvı) Teknik Şartnamesi

- 1) Formülü C_6H_5OH olmalıdır.
- 2) Ürün 1 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3) Kimyasal çözeltide kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 4) Ürün Sigma 16018-1L kodlu ürün ile eşdeğer özelliklerde olmalıdır.
- 5) Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.


Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Diy. Tes. No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65324


Dr. İbrahim ÇELEBİ