

OTOKLAVLANABİLİR FLOW SENSÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Flow sensör GE marka Carestation 620 model anestezi cihazları ile tam uyumlu olmalı ve aynı üreticinin orijinal ürünü olmalıdır.
2. Flow sensör anestezi cihazlarında bulunan yuvalarına kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.
3. Flow sensör anestezi cihazının hem inspirasyon hem de ekspirasyon hattının başına takılabilmelidir.
4. Flow sensör en az 5 (beş) dakika 121 °C' de otoklavlanabilir olmalıdır.
5. Malzemenin ölçüm doğruluğu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.
6. Teklif veren firma üretici firmadan veya üretici firmanın distribütör firmasından almış olduğu yetki belgesini teklifle beraber sunmalıdır.

Ameliyathane Birim Sor-
Sorumlu
Sena P. Sık
