


10/0 NYLON MONOFİLAMENT SÜTÜR

1. AU-1 tipinde, 3/8 daire, iğne kalınlığı 0.15 mm. 6.00 veya 6.19 mm. uzunluğunda 2 adet iğneye sahip; 30 cm.'lik siyah renkte monofilaman 10/0 naylon olmalı ve bu bilgiler ürünün üzerinde veya orijinal kataloğunda yazılı olmalıdır.
2. Ürünler çift steril ambalajda olmalıdır.
3. Sütür sterilizasyonu koruması için alüminyum veya karton poşette olmalıdır ve karton poşetler jelatinle kaplanmış olmalıdır.
4. İç ambalaj özel laklı kağıt ve pvc'den bilister olarak dış ambalaj ise bir yüzü şeffaf diğer yüzü özel laklı kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
5. İç alüminyum folyo /karton ambalaj işareteli açılma yerinden açıldığında iğnenin portegü ile tutulması için kapak açıldığında /yırıldığında iğne görülebilmelidir.
6. Ürünün paketi üzerinde ubb kodu, iğne modeli, iğne daire ölçüsü, sütürün kaç cm olduğu yazılı olmalıdır. bu yazılar yapıştırma sticer olmamalıdır.
7. Sütür iğnesi korneadan geçerken formasyonu kaybetmeden geçebilecek şekilde yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
8. Sütür materyali korneal sutureasyon sırasında yeterli direnci sağlayarak kolay şekilde kopmamalıdır.
9. Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
10. Sağlık bakanlığı UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID	TAŞINIR KODU
1	NYLON 10/0 KORNEA	100	ADET	Kapsam dışı	5813	


Dr. Mustafa ERDOĞAN
Op. Dr. Mustafa Fakültesi
M. C. BÜ. Tıp Fakültesi A.D.
Göz Hastalıkları
Dip. Tes. No: 130161