

Rodajlı Lam Teknik Şartnamesi

1. Lamlar tek taraflı 1/3 oranında beyaz renkli rodajlı olmalıdır.
2. Lamlar 50 adetlik kutularda, tozlanmasını engelleyecek şekilde ambalajlı olmalıdır.
3. Lamlar kaliteli saydam renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır.
4. Lam kalınlığı en fazla 1 mm ve edatları 76*26 mm olmalıdır.

Prof. Dr. Hattı GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809

Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tescil No: 31353 - 39882