

%7.5 POVIDON İYOTLU EMDİRİLMİŞ TEK KULLANIMLIK EL VE TIRNAK FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi el ve tırnak fırçaları tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.
2. Fırçanın üzerindeki sünger antiseptik solüsyonu yeterince emmiş olmalı ve ambalaj açıldığında fırça kullanılmadan önce solüsyon kontrolsüz bir şekilde akıp gitmemelidir.
3. Sünger fırçaya iyi yapışmış olmalıdır, uygulama sırasında fırçadan ayrılmamalıdır.
4. Fırçaların yumuşak plastik kıllar içeren tarafında tırnak temizliği için orta kısmında diğer yumuşak kıllara göre daha kısa ve daha sert bir bölüm değildir.
5. Fırçaların ambalajı kolay açılabilir film ambalajdan yapılmış olup paketin açılışı sterilizasyonu bozmayacak şekilde değildir.
6. Tek kullanımlık fırça, kullanım sırasında tırnak diplerine ve cilde zarar vermeyecek yumuşaklıkta değildir. Fırçaların kenarları, tırnak kenarlarını travmatize etmemesi için yuvarlatılmış değildir.
7. Ambalaj içindeki povidon iyot %7.5' lik sıvı sabun çözeltisi cerrahi el yıkama sırasında köpürmeli, ciltte kalıcı renk bırakmamadır.
8. Ambalaj içinde en az 20 ml % 7.5 povidon iyot çözeltisi bulunmalıdır.
9. Ambalaj içindeki povidon iyot %7,5° lik sıvı sabun çözeltisi yumuşatıcı içermeli ellerde alerjik reaksiyona ve cilt irritasyonuna neden olmamadır.
10. Ambalaj hava almayacak özellikte olmalıdır. Oda sıcaklığındaki depolama şartlarında kurumamalıdır.
11. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalı ve bu tarih ürünün üzerinde basılı değildir.
12. Yüklenici firma tarafından son kullanma tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli ürünler ile değiştirecektir.
13. Ürün orijinal ambalajında 40'lık kutularında teslim edilmelidir, kutu üzerinde kullanım talimatı olmalıdır.
14. Ambalajlar zerinde üretim tarihi son kullanma tarihi, lot numarası, sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, markası, Türkçe etiketi okunaklı olarak yazılı olmalıdır.


ASLI DUMAN
Sorumlu Henüz