

## KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık Kemik İliği biyopsisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. İğnenin bütün parçaları hasta kadar doktorunda güvenli bir şekilde biyopsi almasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Güvenli kavrama için ergonomik sap , güvenli ve yeterli miktarda numune alımını sağlayan yüksek performanslı çelikten mamül ve çok ince kanülü olmalıdır.
4. Daha iyi ve güvenli penetrasyon için Trokar uçlu mandreli olmalıdır.
5. Güvenli ve tam bir numune için ultra keskin kanül uçlu olmalıdır.
6. Yuvarlak emniyet saplı ekstraksiyon teli olmalıdır.
7. Kanülün çıkarılması sırasında emniyeti sağlayan emniyet kabı ve Mandrelin çıkarılmasından sonra kan kaybına engel olmak için yedek kap olmalıdır.
8. ETO artıklarından kaçınmak için Gama sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır. Bütün medikal ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerekli uzunluk ve çapta temin edilebilir boyları olmalıdır.
9. 11 Gauge 15 cm boyutlarında olmalıdır.

  
Dr. Doç. Dr. H. Mine MİSİROĞLU  
Hematoloji Uzmanı  
Tic. No: 8057 Tesc. No: 50478