

DERMASURE (Küçük boy) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dermasure, 10*17 boyutunda olmalıdır.
2. Tek parça halinde ve seffaf renkte olmalıdır.
3. Ciltle temas edecek kısmı hidrocolloid yapıda olmalıdır, anti-alerjik olmalıdır.
4. Uygulamadan sonra yaraya müdahale edebilmek amacıyla üst tarafı açılır kapanabilir sisteme sahip olmalıdır bu sayede ürün yerinden çıkarılmadan yaraya rahatlıkla pansuman yapılabilmesi gerekli müdahalelere olanak verebilmelidir.
5. Her iki köşesinde evrensel idrar torbasına uygun bağlantı düzeniği olmalı, eksuda akışı torbadan rahat bir şekilde direnç etmeye uygun olmalıdır.
6. Esnek yapıya sahip olmalıdır.
7. Yara büyüklüğüne göre istenilen ölçüde kesilebilir yapıda olmalıdır.
8. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Yüklenici Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir.
10. Ürünlerin son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
11. Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Prof. Dr. Yılmaz ERHAN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. No: 475

