

DEİYONİZE SU SİSTEMİ İÇİN TABLET TUZ ŞARTNAMESİ

1. Diyaliz ünitesi su arıtım sisteminin rejenasyonunda kullanılabilir olacak.
2. Kaliteli rafine edilmiş tuzdan yapılmış olmalı, içeriğinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek (tortu, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermeyecek.
3. 25 kg lık poliprolen jüt çuvallarda tablet şeklinde olmalıdır.
4. TSEK belgesine göre rafinasyon sistemiyle üretilmelidir.
5. Hıfzısıha raporuna göre muhteviyatında yaklaşık olarak;

NaCl : %99,7

NEM : %0,1

Ca : %0,01

Mg : %0,005

Cu : %0,001

Hg : %0,0000002

Fe : %0,0001

Fransı Sertliği: %25

PH : 7

6. İhaleye iştirak eden firmalar ihaleden önce teklif edilecek malzemelere ait dökümanlar ve numuneleri 5 gün önce üniteye teslim edeceklerdir
7. Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
8. Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.
9. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
10. Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır.

Doc. Dr. AYŞE TORAWAN
CBÜ. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip. Tes. No: 93482