

Koaksiyel Dren Teknik Şartnamesi

1. Cerrahi operasyondan sonra, kapalı vücut boşluklarına birikebilecek kan, iltihap, vb. sıvıları boşaltmak tasarlanmış ve medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Koaksiyel Dren'in silikondan yapılmış farklı tipleri olmalıdır.
3. Drenlerin farklı boy ve seçenekleri olmalıdır.
4. Koaksiyel Drenlerin 24 CH ve 28 CH Seçenekleri olmalıdır.
5. Koaksiyel dren daha iyi vakum yapabilmesi için oluklu olmalıdır.
6. Trokarlı ve/veya trokarsız seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
7. Dren Koaksiyel tipte olmalıdır.
8. Dren eş zamanlı olarak hem hava hem de sıvı çıkışını sağlamalıdır.
9. İç lümen hava çıkışını sağlamalıdır, dış lümen ise sıvı çıkışını sağlamalıdır.
10. Koaksiyel dren tamamen radyopak olmalıdır.
11. X-ray çizgisi olmalıdır.
12. Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
13. UBB kayıtlı olmalıdır.
14. CE belgesine sahip olmalıdır.

MANİSA
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Demet YAKIZ
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. No:7658 Dip. Tec. No:79943