

Uluslararası)

17. TEKNİK ŞARTNAMESLER

Projenizle ilgili alınmasını istediğiniz mal, hizmet ve cihazların teknik şartnamesini maddeler halinde aşağıya sıralayınız. Teknik şartname proje yöneticisi ve ekipten bir kişi tarafından her sayfası ıslak imza ile imzalanmış olarak projeye eklenmelidir.

Hizmet Adı	Teknik Özellikleri
DNA izolasyon kiti	Kit 50 izolasyona olanak sağlamalı. FFPE ve taze dokulardan izolasyon yapabilmeli, qPCR ve NGS gibi analizler için uygun DNA örneklerinin izolasyonuna olanak sağlamalı.
Steril pipet ucu (200 µL)	Steril olmalı, ayrı ayrı kutulu şekilde paketlenmiş olmalı, DNaz ve RNaz içermeyecek şekilde işlem görmüş olmalı. 200 µL mikropipetle uyumlu olmalıdır.
Steril pipet ucu (1000 µL)	Steril olmalı, ayrı ayrı kutulu şekilde paketlenmiş olmalı, DNaz ve RNaz içermeyecek şekilde işlem görmüş olmalı. 1000 µL mikropipetle uyumlu olmalıdır.