

ELASTİK BANDAĞ (12 -15 cm lik)

1. Pamuk, polyamid iplik ve lateks lastikten yapılmış olmalı ve kütlesi en az 250-350 gram/m2 olmalıdır.
2. Temiz, kokusuz, eksiz olmalı, hiçbir aktif madde içermemelidir.
3. Kendinden kenarlı olmalıdır.
4. Enine esnememeli, esnekliğini uzun süre korumalı, bozulmamalıdır.
5. Hipoallerjenik ve hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede kaşıntıya neden olmamalıdır.
6. En az %120 ve daha fazla uzama özelliğine sahip olmalıdır. (Gerildiğinde 2,5 kat uzama özelliği olmalı)
7. Kan dolaşımını engellememelidir.
8. Bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır. (ayağa kalkıldığında veya extremite hareketi ile toplanmamalıdır.
9. Eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememelidir.
10. Hızlı ve kolay uygulamaya izin vermelidir. Uzun süreli destek ve kompresyon sağlayacak özellikte olmalı, çabuk deforme olmamalıdır.
11. İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja tuturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalı, tüylenmemelidir.
12. Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır.
13. Teklif edilen ürün, ÜTS kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Prof. Dr. Serhan ERKAN
C.B.Ü. Tıp Fak. Travm. AD.
Dip. No: 1731-94597