

DİJİTAL YETİŞKİN TARTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dijital olmalı, Lcd ekranı olmalıdır. Gösterge Bel Seviyesinde olmalıdır.
2. Üzerinde tartım yapmadan önce otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği olmalıdır. Aşırı yük uyarısı bulunmalıdır
3. Ölçüm bittiğinde otomatik olarak cihaz kendini kapatabilmelidir veya ekran ışığı sönererek tasarruf moduna geçmiş olmalıdır.
4. Cihaz ve/veya Sistem hem Elektrik hemde Akü veya şarjedilebilir Pil ile çalışır olmalıdır. Akü veya şarj edilebilir Piller Cihaz ve/veya Sistem ile birlikte verilecektir. Cihaz ve/veya Sistem ile birlikte varsa orijinal adaptörü verilecektir.
5. Cihazın Ölçüm Kapasitesi en az 190 Kg olmalıdır. Hassasiyet 50gr (± 10 gr) veya 100gr (± 10 gr) olmalıdır.
6. Cihazın Platformu en az 26 cm x 27 cm (genişlik x derinlik) ölçülerinde olmalıdır.
7. Kaymaz ayak basma tablası olmalıdır.
8. Kg (kilogram) biriminde ölçüm yapabilmelidir.
9. Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Terazinin ayakları kauçuk lastik ayak olmalı veya zeminde kaymayacak bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
10. Teleskopik Boy Ölçme Çubuğu Tartıya Montajlı şekilde teslim edilmelidir.
11. Boy ölçme çubuğu teleskopik paslanmaz alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır. Terazinin üzerindeki teleskopik boy ölçme çubuğunun taksimat çizgileri sürtünmeden dolayı silinmeyecek özellikte olmalıdır.
12. Teleskopik Boy ölçme çubuğu alt uzunluk değeri en çok 60 cm ve üst uzunluk değeri en az 200 cm olmalıdır. Teleskopik Boy ölçme çubuğu 1mm ($\pm 0,5$) hassasiyetle ölçüm imkanı sunmalıdır. Teleskopik Boy ölçme çubuğu insan baskülü ile aynı marka (orijinal) olmalı, farklı bir markadan adapte edilmiş (modifiye) olmamalıdır.
13. Teleskopik Boy ölçme çubuğu iç içe geçme veya katlanabilme özelliğinde olmalı. Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemelidir.
14. Dijital Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalıdır.
15. Cihazda boy ve kilo ölçümü aynı anda yapılabilir olmalıdır.
16. Cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici veya temsilci firma veya yetkili satıcı tarafından onaylı taahhüt edecektir.
17. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
18. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA gibi kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bunu belgelendirilmelidir.
19. Cihazların orijinal kataloglarında belirtilen gerek hastaya gerekse kullanıcıya kolaylık sağlayan tüm aparatlar ve/veya aksesuarlar cihazla birlikte verilecektir.
20. Teklif edilen Cihaz kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
21. Bu şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketiciyi Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerlidir.