

NEBULİZATÖR SET OKSİJEN MASKELİ (ERİŞKİN VE ÇOCUK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.
2. Yumuşak, şeffaf, tahriş etmeyen, non toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalıdır.
4. Kolayca temizlenebilmelidir.
5. Maskenin O₂ giriş yeri ile flowmetre arasında ara konektörü olmalı ve hortumu en az 200 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
7. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.
8. Maskenin her iki yanında fazla O₂ ve CO₂'i çıkaracak delikler olmalıdır.
9. Hortumu kaza ile kırılrsa bile O₂'ni iletebilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalıdır.
11. Maskenin hortum kısmı oksijen sistemine bağlı olan manometreye uyumlu olmalı, kolay takılmalı, kendiliğinden çıkmamalıdır.
12. Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.
13. Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalıdır.
14. İlaç vermeye uygun haznesi olmalıdır.
15. İlaç haznesi 8 ml. kapasiteli olmalıdır.
16. Erişkin ve çocuk boyları olmalıdır.
17. Teklif veren firma denemek üzere orijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
18. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
19. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
20. Ürünün UBB ve UTS belgesi olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

