

EKG KAĞIDI 110MM X140MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-EKG KAĞIDIN ÖLÇÜLERİ 110 mm ENİNDE(+05mm) 140mm (+05mm)BOYUNDA Z KATLAMALI OLMALIDIR.
- 2-EKG KAĞIDI 1 PAKET 'DE EN AZ 100 SAYFA OLMALIDIR. EKSİK TESLİM EDİLEN ÜRÜNLER YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
- 3-EKG KAĞIDI TERMAL 70 GR KAĞITDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.İNCE GRAMAJ OLAN KAĞITLAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.
- 4-TEKLİF EDİLEN KAĞIT ISIYA DUYARLI OLMALIDIR.KLİNİĞİMİZDE KULLANILAN CİHAZLARA BİREBİR UYUMLU OLMALIDIR.
- 5-EKG KAĞIDI SCHILLING AMBALAJ İÇİNDE OLMALIDIR. AMBALAJ ÜZERİNDE KAĞIDIN ÖLÇÜLERİ UBB VEYA ÜTS KAYDI, HANGİ CİHAZ İÇİN KULLANILDIĞI BELİRTİLMELİDİR.
- 6-TEKLİF EDİLEN KAĞIT KULLANILACAK CİHAZIN KAFASINA ZARAR VERMEMELİDİR.
- 7-SENSÖR NOKTALARI YAZI YÖNÜNE OLMALI VE KESİNLİKLE SİLİK OLMAMALIDIR.
- 9-FİRMA 1 ADET NUMUNEYİ İLGİLİ BİRİMDEN CİHAZA UYGUNLUĞU TEST EDİLDİKTEN SONRA TESLİM EDECEKTİR.

Dr. Dr. Muhammed İbrahim ŞAŞMAZ
Dipr. Tes. No : 143891
Acil Tıp KD
CBÜ TIR FAK HAS