

## TEE KİT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ürün fiberoptik endoskop cihazını ve/veya transözefageal eko probunu koruma amaçlı olmalıdır.

2- Ürün lateks içermemelidir.

3- Paket içerisinde 10 ml enjektör, jel, ısırma parçası, kılıfı endoskopa ve/veya transözefageal Eko probuna sabitleme parçası ve transözefageal eko probu kılıfı olacaktır.

:1- Kılıf probun ultrasonik özelliklerini etkilemeyecek özellikte olmalıdır.

5- Bir adet numune ve katalog /broşür kontrol amaçlı verilmelidir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.

6- Tekli paketler halinde steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

7-TEE prob kılıfı en az 70 cm olmalıdır.

5-: Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.

9- CE belgesine sahip olacak, CE amblemini paket üzerinde taşıyacak, yerli üretimde TSE belgesine sahip olacak, firma UTS bilgilerini beyan edecektir.

Prof.Dr. Ali Rıza DİNÇE  
Kalp Hastalıkları Uzmanı  
38576 37235