

## Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.038 inç 150 cm (KR2004)

Teflon kaplı flex uç 6cm, J curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapıli ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. Özgür BAYTÜRAN  
CBÜ KARDİYOLOJİ AD  
55635 / 94258