MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
HAFSA SULTAN HASTANESİ

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(.....Çocuk Acil Servisi.....)

* İsteğe Bağlanan Birim İsmi Yazılacak

No	Malzemenin Adı	Miktarı	İstem Tarihi	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
							Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	Pediatrik Rezervuarlı oksijen maskesi	500	22.09.26	Adet	..... (ay)	İhtiyaç			Mali	9451	.... / .... / 202..		
											.... / .... / 202..		
					..... (ay)						.... / .... / 202..		
											.... / .... / 202..		
					..... (ay)						.... / .... / 202..		
											.... / .... / 202..		
					..... (ay)						.... / .... / 202..		
											.... / .... / 202..		
					..... (ay)						.... / .... / 202..		
											.... / .... / 202..		
					..... (ay)						.... / .... / 202..		
											.... / .... / 202..		
					..... (ay)						.... / .... / 202..		
											.... / .... / 202..		
					..... (ay)						.... / .... / 202..		
											.... / .... / 202..		

.....

Onaylayan;

Prof. Dr. İsmet Topcu
Başhekim

PEDIATRIK REZERVUARLI OKSIJEN MASKESI TEKNIK SARTNAME

1- Maske burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır

2- Tüm madde yumuşak, tahriş etmeyen, non toksik tıbbi Pvc den yapılmış olmalı

3- Kolayca temizlenebilmeli

4- Maskeye adapte edilmiş

5- Malzemenin oksijen giriş yeri ile flowmetre arasında ara konektörü olmalı ve hortumu en az 120 cm uzunlukta olmalı

6- Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı

7- Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2 i çıkartacak ve sadece atılıma izin verecek şekilde dizayn edilmiş tek yönlü çalışan delikler olmalı

8- Hortumu kaza ile kırılsa bile O2 yi iletebilme özelliğine sahip olmalı

9- Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleşebilen ince metal mandalı olmalı yada bu yerleştirmeye uygun olmalı

10- Yeni doğan, çocuk ve adölesan boyları olmalı

11- Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan manometreye uyumlu olmalı

12- Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilecek nitelikte olmalı

13- Maskeye bağlı en az 500 ml rezervuar haznesi olmalı

14- Arkadan başa geçirebilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalı

15- Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı

16- Şeffaf olmalı

17- İlaç vermeye uygun olmalı

18- Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalı

19- CE ye uygunluğunu belgelendirmelidir

20- UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır