

BİYOPSİ KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Plastikten yapılmış olmalıdır.
- 2- Kapakları vidalı olmalıdır.
- 3- Kapağı kapatıldığında kolaylıkla yerinden çıkmamalı ve sızdırmamalıdır.
- 4- Formaldehidle temasa dayanıklı olmalıdır.
- 5- Çeşitli hacimlerde olmalıdır(8cc,50cc,100cc,250cc,500cc,1000cc,2000cc,5lt,10lt). Hacimler \pm 25 oranında deęişiklik gösterebilir
- 6- Her boy biyopsi kabından 2'şer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecektir.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire