

DİSPOSABLE TAB ELEKTOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İşitme tarama çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Özel iletken olmalıdır.
- 3-Yapıştığı yerde iz ya da kalıntı bırakmamalıdır.
- 4-Birden fazla yapışıp sökülebilmeye özelliğine sahip olmalı ve kolay yapışıp sökülmemelidir.
- 5-Crocodile elektrot ile kullanılabilir olmalıdır.
- 6-Alerji gibi yan etkileri olmamalıdır.
- 7- Ag/AgCl içermelidir.
- 8-Neurosoft marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.

CELAL BAYRAĞ OĞLU
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kızıl Basm. No: 230/221/44
Dip. No: 230/221/44

Yrd. Doç. Dr. Burak ULKÖMEN
KBB Hastalıkları Uzmanı
Celal Bayar Üny. Tıp Fak.
Dip. No: 230/221/44
Dip. No: 230/221/44