



Tiroid Karayonu Teknik Şartnamesi

1. Tiroid karayonu 0.3mm kurumun eşdeğer malzemeden yapılmalıdır.
2. Kullanıma rahat ve yapışma bantlıdır.
3. Kullanılan kumaş anti bakteriyel ve kolay silinilebilir su geçirmez bir yapıda olmalıdır.
4. Ürünlerin T.A.K. Radyasyon geçirgenliği test raporu bulunmalıdır.


Prof. Dr. F. GÜL GÜMÜŞEL
CBUTE KÜKLER TIP ANI
Dip. No: 1989/73
Tescil No: 80762

Kurşun önlük Teknik Şartnamesi

1. Kurşun önlükler önde 0.5mm kurşun, arkada 0.25mm koruma sağlayacak kurşun eşdeğeri materyale sahip olmalıdır.
2. Koruyucu materyal homojen ve ince yapılı olmalıdır.
3. Kurşun önlüğün kullanımı kolay olmalı, yandan çirt bant ile sabitlenmelidir.
4. Kullanılan kumaş anti bakteriyel ve kolay silinebilen su geçirmez bir yapıda olmalıdır.
5. Kurşun önlük **Ön koruma modeli** olmalıdır.
6. Ürünlerin TALK Radyasyon geçirgenliği testi raporu bulunmalıdır.
7. Kurşun önlükler istenen bedende temin edilebilmelidir. (S,M,L)


Prof. Dr. F. GÜL GÜMÜŞER
CBÜTF NÜKLER TIP AD.
Dip. No: 1989-73
Tescil No: 50763